

Modelo de Carta de Notificação da Ocorrência e solicitação de Leitura de Emergência

Solicitamos a Leitura de Emergência do dosímetro de nosso colaborador, [INSERIR O NOME DO COLABORADOR], do setor de [ESPECIFICAR O SETOR DE OCORRÊNCIA] no dia ___/___/___, referente ao período de uso dos monitores de ___/___/___ a ___/___/___ . [ESPECIFICAR A DATA DE OCORRÊNCIA E O PERÍODO DE USO DE REFERÊNCIA.]

[selecionar uma das situações a seguir, conforme se aplique à ocorrência]

- O usuário **sofreu um acidente com radiação e houve contaminação do seu monitor** individual e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica
- O usuário **sofreu um acidente com radiação e não houve contaminação do seu monitor** individual e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica
- O usuário **não sofreu um acidente com radiação e houve contaminação do seu monitor** individual e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica.
- O usuário **não sofreu um acidente com radiação e houve exposição somente do seu monitor** individual, sem contaminação e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica.

Devido à ocorrência, realizamos o seguinte procedimento:

[RELATAR AQUI OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS]

Abaixo, são apresentados exemplos, que devem ser selecionados de acordo com a ocorrência. Os itens **(a) e (b) devem ser sempre realizados e notificados**, e os **itens (c), (d) e (e)** podem ou não ser aplicados, de acordo com a situação, mas, **caso sejam realizados devem ser notificados**.

- Verificamos inicialmente se houve exposição do usuário ou se apenas o monitor foi exposto.
- Foram realizados todos os procedimentos internos estabelecidos para esta situação (consta no registro ou no livro de ocorrências todos os detalhes destes procedimentos).
- Depois de todos os procedimentos realizados com o monitor contaminado, o mesmo foi acondicionado em um castelo de chumbo para decaimento do material _____ que o contaminou por um período de ___ dias.
- Após o período de decaimento e realizados todos os testes de verificação de descontaminação efetiva do monitor, assim como realizados os devidos registros de acordo com os procedimentos internos estabelecidos para esta situação em nossa instituição, o monitor está sendo enviado para a Sagra Landauer para leitura do dosímetro.
- Após realizados todos os registros de acordo com os procedimentos internos estabelecidos para esta situação em nossa instituição, o monitor que foi irradiado, ou seja, sem contaminação, está sendo enviado para a Sagra Landauer para leitura do dosímetro.

Devido a essa ocorrência, foi solicitado imediatamente um novo monitor à Sagra Landauer para o referido usuário para uso no período de ___/___/___ a ___/___/___ e que será devolvido após o uso para leitura e análise de rotina. [ESPECIFICAR O PERÍODO DE USO A SER UTILIZADO.]

Gostaríamos de que o monitor do referido usuário, que se encontra em anexo, fosse lido com urgência pela Sagra Landauer.

[Especificar a data de envio da Carta de Notificação da Ocorrência: dia/mês/ano]

[Assinatura] _____

[Assinatura] _____

Responsável pela Proteção Radiológica

Usuário do monitor

[Assinatura] _____

Responsável pelo Envio do Monitor